

Czeladź, dnia 19.07.2019 r.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
I ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”**

W związku z otrzymaniem w dniu 18.07.2019 r. pytań do Zaproszenia – Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

Zad. 2

-czy bieżnia może posiadać fabrycznie wykonane i oklejone Menu, napisy języku polskim, zamiast wgranego oprogramowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, wymagamy oprogramowania w języku polskim.

Pytanie Wykonawcy:

Zad. 2

-czy bieżnia może posiadać moc znamionową 2,5KM, generowaną przez silnik typu AC (bezszcotkowy), mniej podatny na usterki, profesjonalny, z przeznaczeniem do użytku komercyjnego, w przeciwieństwie do silników typu DC.

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, parametry podane w specyfikacji są parametrami minimalnymi.

Pytanie Wykonawcy:

Zad. 2

-czy dopuszczalna jest bieżnia z pasem o wymiarach 145x52cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, minimalne parametry to 150/50 cm.

Pytanie Wykonawcy:

Zad. 2

-czy dopuszczalna jest bieżnia bez możliwości składania (bardziej stabilna i trwała konstrukcja, charakterystyczna dla bieżni do użytku profesjonalnego).

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE

Pytanie Wykonawcy:

Zad. 2

-czy bieżnia ma posiadać certyfikat, a nie tylko opis, charakterystyczny dla urządzeń przeznaczonych do powszechnego użytku w salach aerobowych (certyfikat klasy „S” dla normy EN957).

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN957 lub równoważną, może również posiadać inne normy oraz certyfikaty.

Pytanie Wykonawcy:

ZAD.3

-czy dopuszczalny jest rower bez oprogramowania w języku polskim (z polską instrukcją).

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, wymagamy oprogramowania w języku polskim.

Pytanie Wykonawcy:

ZAD.3

- czy rower ma posiadać certyfikat, a nie tylko opis, charakterystyczny dla urządzeń przeznaczonych do powszechnego użytku w salach aerobowych (certyfikat klasy „S” dla normy EN957).

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN957 lub równoważną, może również posiadać inne normy oraz certyfikaty.

Pytanie Wykonawcy:

ZAD.4.

-czy dopuszczalny jest rower bez oprogramowania w języku polskim (z polską instrukcją).

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, wymagamy oprogramowania w języku polskim.

Pytanie Wykonawcy:

ZAD.4.

- czy rower ma posiadać certyfikat, a nie tylko opis, charakterystyczny dla urządzeń przeznaczonych do powszechnego użytku w salach aerobowych (certyfikat klasy „S” dla normy EN957)“.

Odpowiedź Zamawiającego:

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa EN957 lub równoważną, może również posiadać inne normy oraz certyfikaty.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert w zakresie terminu składania ofert.

BYŁO:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat **lub** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **na adres e-mail:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl nie później niż **do godziny 11:00 dnia 24 lipca 2019 r.**

ZMIENIA SIĘ NA:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat **lub** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **na adres e-mail:** zamowienia@mzgk.czeladz.pl nie później niż **do godziny 11:00 dnia 25 lipca 2019 r.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert i Opisu przedmiotu zamówienia.