

Czeladź, dnia 05.09.2019 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
I ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: **Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”**

W związku z otrzymaniem pytań do Zaproszenia – Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytania z dnia 27.08.2019 r.

PYTANIE WYKONAWCY:

Pytanie nr 1

**Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach w pozycji nr 2 – bieżnia :
Funkcje:**

- Zakres prędkości: 1.0-22 km/h
- Wyświetlacz: niebieski
- Przyciski prędkości i kąta nachylenia na uchwytach
- 8 przycisków szybkości: 2,4,6,8,10,12,14 i 16 km/h
- 8 przycisków dotyczących kąta nachylenia: 1,3,5,7,9,11,13 i 15
- Programy treningowe: 18 zdefiniowanych, 1 manualny
- Kąt nachylenia: elektroniczny 1-15 %
- Moc silnika stała: 2,5 KM
- Moc silnika max.: 4,5 KM
- Super miękka powierzchnia biegowa
- Pas biegowy: amortyzowany
- Możliwość składana
- Pomiar pulsu : sensory dotykowe
- Powierzchnia pasa: 150 x 52 cm
- Wyświetlane funkcje: Czas, Dystans, Prędkość, Ilość spalonych kalorii, Puls
- 2 pojemniki na bidon
- Rolki transportowe
- Wymiary po rozłożeniu: 195 cm x 85 cm x 135 cm
- Wymiary po złożeniu: 142 x 85 x 165 cm
- Max.waga użytkownika: 150 kg
- Waga bieżni: 103 kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE WYKONAWCY:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach w pozycji nr 3 – rowerek pionowy :

Specyfikacja techniczna:

- Sposób użytkowania: Intensywny
- Maksymalna waga użytkownika: 150kg
- System oporu: Magnetyczny
- Koło zamachowe: 14kg
- Otwarta rama zapewnia łatwe wejście na rower
- Puls – Handgrip.
- Pozyma i pionowa regulacja położenia siodełka.
- Regulacja kierownicy
- Kółka transportowe
- Pojemnik na bidon

Funkcje koputera:

Wyświetlacz:

- 12 Programów z 24 poziomami trudności,
- 5 Programów Użytkownika,
- 4 HRC,
- Fitness Test,
- Recovery Test,
- Program Random ;
- Prędkość/RPM, Czas, Kalorie, Dystans, Puls
- **Dual Kit do dokupienia:** Zestaw Dual Kit przekształca urządzenie w model iConcept (umożliwia podłączenie iPod/iPhone oraz tabletów/smartphone'ów i wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji treningowych takich jak np: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics, FitConsole..itd.)

Wymiary:

- 130 dł./62 szer./156 wys.cm

Waga:

- 53 kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

PYTANIE WYKONAWCY:

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści sprzęt o poniższych parametrach w pozycji nr 4 – rowerek poziomy :

Główne zalety:

System oporu: elektromagnetyczny

Max.waga użytkownika: 160 kg

Duży czytelny wyświetlacz

Stabilna konstrukcja

Możliwość podłączenia MP3

Gwarancja 3 lata

Funkcje komputera:

Programy standardowe: 5

Programy dodatkowe: Manual, Fit-Test, Custom

Program sterowany tętnem: 2

Wyświetlacz: 10.1" TFT LCD

Bluetooth - Łączność z tabletem / smartfonem

Wyświetlacz kompatybilny z mp3

Puls ręczny poprzez sensory dotykowe

Pomiar pulsu poprzez pas telemetryczny (opcja)

Możliwość podłączenia MP3

Nawiew

Miejsce na bidon

Dane techniczne:

Zasilanie: 230V

Waga koła zamachowego: 14 kg

Regulacja oporu: 40-stopniowa

Duże pedały o nachyleniu 2 stopni

Waga rowerka: 69 kg

Max.waga użytkownika: 160 kg

Wymiary (dł.szer.wys): 145 x 76 x 127 cm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 28.08.2019 r.

PYTANIE WYKONAWCY:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 10 - rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń czynnych i biernych. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rotora umożliwiającego prowadzenie ćwiczeń czynnych i biernych, czy rotora tylko do ćwiczeń czynnych. Parametr: „dociskowy mechanizm oporowy” wskazuje, że Zamawiający oczekuje rotora z mechaniczną regulacją oporu poprzez docisk śruby. To wyklucza rotor umożliwiający prowadzenie ćwiczeń biernych, do prowadzenia których niezbędny jest napęd elektryczny wymuszający pracę rotora, a taki układ posiada elektroniczną regulację oporu.

Dotyczy parametru: rama ze stali chromowej. Prosimy o dopuszczenie ramy lakierowanej proszkowo. Rotory wyposażone w licznik, który jest również parametrem wymaganym, nie posiadają ramy ze stali chromowej. Taką ramę posiadają wyłącznie najprostsze rotory, przeznaczone wyłącznie do ćwiczeń czynnych i nie posiadające licznika.

Jednocześnie informuję, że jeżeli Zamawiający podtrzymuje wymóg rotora do ćwiczeń czynnych i biernych, wówczas rama również jest lakierowana proszkowo, a napęd elektryczny jest zakryty obudową z tworzywa.

Zdjęcie poglądowe rotora do ćwiczeń czynnych, rama ze stali chromowej, bez licznika:



Zdjęcie poglądowe rotora do ćwiczeń czynnych z licznikiem, rama stalowa, lakierowana proszkowo:



Zdjęcie poglądowe rotora do ćwiczeń czynnych i biernych, z licznikiem, rama stalowa, lakierowana proszkowo, obudowa z tworzywa, elektroniczny mechanizm oporowy:



ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. Po dokonaniu zmian w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje rotora do ćwiczeń czynnych i dopuszcza ramę stalową lakierowaną proszkowo.

Pytania z dnia 30.08.2019 r.

PYTANIE WYKONAWCY:

Pozycja 2. Bieżnia

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o mocy szczytowej silnika 5 KM i mocy trwałej 2,75 KM ?

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach pasa bieżni 142/51cm ?

Pyt.3

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach pasa bieżni 140/53cm ?

Pyt.4

Czy Zamawiający dopuści bieżnię o max. obciążeniu 135kg.?

Pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści bieżnię ze złączem PC Bluetooth?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się więc bieżni o parametrach wskazanych w pytaniu od 1 do 4. Zamawiający dopuści bieżnię ze złączem PC Bluetooth jeżeli dodatkowo posiada port USB i/lub minijack 3,5mm

PYTANIE WYKONAWCY:

Pozycja 14. Baza urządzeń wielofunkcyjnych

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach ?

Wysokość z drążkiem: 248 cm

Wysokość atlasu: 210 cm

Szerokość z ławeczką: 355 cm

Szerokość bez ławeczki: 300 cm

Długość: 223 cm

Regulacja (separacja) co 5,60kg

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się więc bazy urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach wskazanych w pytaniu Wykonawcy.

PYTANIE WYKONAWCY:

Pozycja 15. Poręczce do ściany

Pyt. 7 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach ?

szer. 68cm x wys. 60cm x głęb.64cm

wymiary ramy: 59,5x37,5cm

wymiary oparcia: 40x25cm

wymiary podłokietnika: 14x31cm

profil ramy: 4x2cm

profil poręczy: 4x4cm

dł. ramienia do uchwytu /regulowana/: 89-96-104,5cm

dł. rączki: 13 cm

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu zgodnego z Opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 do Zaproszenia tj o parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc poręczce do ściany o parametrach wskazanych w pytaniu Wykonawcy.

PYTANIE WYKONAWCY:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do minimum 30 września 2019 roku?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dokonuje zmian w zaproszeniu do składania ofert i wydłuża termin realizacji zamówienia do 11 października 2019 roku.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia do składania ofert w zakresie terminu składania ofert.

BYŁO:

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia 16.09.2019 r.**

ZMIENIA SIĘ NA:

Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do dnia 11.10.2019 r.**

BYŁO:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat **lub** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **na adres e-mail: zamowienia@mzgk.czeladz.pl** nie później niż **do godziny 11:00 dnia 06 września 2019 r.**

ZMIENIA SIĘ NA:

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat **lub** przy użyciu środków komunikacji elektronicznej **na adres e-mail: zamowienia@mzgk.czeladz.pl** nie później niż **do godziny 11:00 dnia 10 września 2019 r.**

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia po zmianach Zamawiający udostępni pod nazwą:

Zmieniony załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 2 do Zaproszenia - Formularz ofertowy

Formularz ofertowy po zmianach Zamawiający udostępni pod nazwą:

Zmieniony załącznik nr 2 do Zaproszenia – Formularz ofertowy.

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 4 do Zaproszenia - Projekt umowy

Projekt umowy po zmianach Zamawiający udostępnia pod nazwą:

Zmieniony załącznik nr 4 do Zaproszenia - Projekt umowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert.